



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: Αικ. Χορού  
ΤΗΛ: 213 2058348  
E-mail: [promithion3@gmail.com](mailto:promithion3@gmail.com)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΑΔΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  
ΗΜΕΡ:

20296/19/10/23

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Νο ΑΑ 17/2023  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ MANUAL ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Α.  
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» (CPV: 33696500-0) προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.800,00€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% με δικαίωμα χρονικής παράτασης έξι (6) μηνών χωρίς χρηματικό  
αντίτιμο και μέχρι την εξάντληση του φυσικού αντικειμένου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος διαγωνισμού	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή	ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ»
Κριτήριο Κατακύρωσης	πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Τόπος υποβολής Προσφορών	Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) και Τμήμα Προμηθειών, Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης Προσφορών	27.11.2023, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00μμ
Χρόνος Διενέργειας	28.11.2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00πμ
Τόπος Διενέργειας	Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους/Υπηρεσίας	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ MANUAL ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» (CPV: 33696500-0)»
Προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη	31.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% με δικαίωμα χρονικής παράτασης έξι (6) μηνών χωρίς χρηματικό αντίτιμο και μέχρι την εξάντληση του φυσικού αντικειμένου
Διάρκεια της σύμβασης	Ένα (1)έτος
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης	Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν :

- του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- του Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
- του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του Ν.4542/2016 (Α'95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
- Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του Ν.4152/2013, υποπαρ.25 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

8. του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λουκές διατάξεις»
9. του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
10. των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
11. του Οργανισμού (ΦΕΚ. 3475/Β/31.12.2012) του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, (ΦΕΚ. 1252/Β/11.04.2012) «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και (ΦΕΚ. 3499/Β/ 31.12.2012) του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ».
12. του ΦΕΚ 1681/28.07.2011: Υ.Α. «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους».
13. της Υ.Α.Π/Φ.40.4/1/98910.04.2012 – ΦΕΚ.Β'/1301/2012 περί πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
14. των διατάξεων του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ.Α'/184/23.09.2020) και ειδικότερα τα άρθρα 39 περί συμμόρφωσης, αρ.41, παρ.3 και αρ.42 περί προσβασιμότητας δημόσιων διαδικτυακών τόπων και τις διατάξεις άρθρων του ΚΕΦ.Η.
15. του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ/2016/679.
16. του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ.Α' 137) Περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
17. των διατάξεων του Ν.4961/2022 (ΦΕΚ.Α'/146/27.07.2022) «Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών-Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», ΚΕΦ.ΣΤ, Μέρος Γ, Κεφ. Β', άρ.67,68 και κεφ. Δ. άρθρο 78 σχετικά με την προσβασιμότητα δημοσίων διαδικτυακών τόπων, άρ.79 σχετικά με το Μητρώο δημοσίων διαδικτυακών τόπων, άρ.80 σε αντικατάσταση του άρ.43 του Ν.4727/2020 και του αρ. 108 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
18. του Ν.4967/2022 (ΦΕΚ.Α' 171) Περί προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών.
19. της υπ' αριθμ.13789/06-07-2023 απόφασης Διοικητή περί συγκρότησης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και προϋπολογισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων manual Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
20. του υπ' αριθμ. 13989/07-07-2023 εγγράφου της ανωτέρω επιτροπής με θέμα «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και προϋπολογισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων manual Μικροβιολογικού Εργαστηρίου»
21. της υπ' αριθ.22/20-09-2023, θ.11° ΗΔ (ΨΚΜΘ4690Ω5-00Σ) απόφασης ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας απευθείας ανάθεσης μέσω πρόσκλησης για την προμήθεια των σχετικών αντιδραστηρίων με τις προδιαγραφές, ποσότητες και προϋπολογισθείσα δαπάνη που πρότεινε η επιτροπή που συστάθηκε με το (19) σχετικό
22. της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:9Ω9Π4690Ω5-ΞΣ4
23. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

**ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ**

σε κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ MANUAL ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» (CPV: 33696500-0) προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% με δικαίωμα χρονικής παράτασης έξι (6) μηνών χωρίς χρηματικό αντίτιμο και μέχρι την εξάντληση του φυσικού αντικειμένου.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, στις 28/11/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00πμ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 27/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ ήτοι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.



Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

**Διευκρινίσεις:**

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει τρεις υποφάκελους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά, έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά και έναν υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία της πρόσκλησης (τον αριθμό και τον τίτλο/αντικείμενο της πρόσκλησης, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
  - Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** στον οποίο περιλαμβάνονται:
    - Α1) Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:
      - Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
      - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
      - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
      - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
      - Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
      - Συμμετέχει σε μια μόνο σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υπογραφή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα
    - Α2) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους
  - Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').
  - Γ) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή.
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και εναρμονίζονται με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ. Προσφορές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

- στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτονται ως μη κανονικές. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές απορρίπτονται.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών γίνεται σε μία δημόσια συνεδρίαση.
  9. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
  10. Κατά την αξιολόγηση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε διευκρίνιση ή στοιχείο κρίνει απαραίτητο.
  11. Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.
    - α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταφισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
    - β. **Φορολογική ενημερότητα** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)
    - γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)
    - δ. **Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του).


Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
  12. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 4% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες επιπλέον της λήξης της σύμβασης.
  13. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
  14. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».
  15. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
    - 0,2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24-3-'09).
    - 0,1% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4912/17.3.22 ΦΕΚ Α 59)
    - Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
    - 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/1994.
    - Υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 0,02% (άρθρο 36 παρ 6 Ν. 4412/2016) - εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ
  16. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 203 του Ν.4412/16).
  17. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

18. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.
19. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ





## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

A/A	Ζητούμενο είδος	Διαγωνισμός 2023 ποσότητες	Προδιαγραφές είδους
A	Ειδικές συνθήκες επώασης μικροβίων		Να προσφερθούν συστήματα επώασης μικροβίων σε ειδικές συνθήκες ατμόσφαιρας όπως ζητούνται παρακάτω, Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark, θα αξιολογηθεί τεχνικά αλλά και οικονομικά η χωρητικότητα και οι αποδιδόμενες εξετάσεις σε τζάρα και σάκου.
1	Σάκκοι επώασης μικροβίων	130	Να προσφερθούν πλαστικά σακουλάκια για τις γεννήτριες χωρητικότητας έως 5 τρυβλίων. Να είναι απολύτως διαφανή και στις δύο πλευρές από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό. Να μπορούν να δεχθούν ως 2 ταυτοποιητικά tests των 20 ιδιοτήτων μεγάλου μήκους ή και μικροπλάκα. Να κλείνουν ερμητικά με ασφαλή τρόπο (sealing clip) ώστε να επιλέγει ο χρήστης που επιθυμεί να τα κλείσει χωρίς περιορισμούς, ανάλογα με τον αριθμό των τρυβλίων που έχει τοποθετήσει. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση IVD CE Mark.
2	Αναερόβιες συνθήκες για σάκους επώασης	130	Να προσφερθούν kit με γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών επώασης χωρητικότητας έως 4-5 τρυβλίων 90mm ανά σακουλάκι. Το kit να περιέχει γεννήτριες που να αποδίδουν συνθήκες (συγκέντρωση οξυγόνου <1%, συγκέντρωση CO2 8-14%). Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη. Να μην δημιουργούνται υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού και εύκολη παρατήρηση χωρίς το απαραίτητο άνοιγμα). Να φέρουν σήμανση CE IVD MARK
3	Αναερόβιες συνθήκες για τζάρα 12-15 τρυβλίων	40	Να προσφερθούν γεννήτριες για τζάρες (12 - 15 τρυβλίων 90mm). Γεννήτριες τεχνολογίας ασκορβικού οξέος που αποδίδουν συνθήκες (συγκέντρωση οξυγόνου <1%, συγκέντρωση CO2 9-13%). Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη. Να μην δημιουργούνται υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού). Να φέρουν σήμανση CE IVD MARK
4	Δείκτες Αναερόβιωσης	18	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ υψηλής ευαισθησίας. Να προσφερθούν δείκτες αναερόβιων συνθηκών από resazurin σε εμποτισμένο χαρτί, μεγάλοι για ευκρινές αποτέλεσμα. Οι δείκτες να ενεργοποιούνται γρήγορα και επιβεβαιώνουν τις αναερόβιες συνθήκες εντός της τζάρας ή σε σακουλάκι. Απόλυτα συμβατοί με τις παραπάνω μεθόδους. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

5	Μικροαερόφιλες συνθήκες για σάκκους επώασης	10	Να προσφερθούν κτ με γεννήτριες ανασρόβιων συνθηκών επώασης χωρητικότητας έως 2-5 τρυβλίων 55-90mm ανά σακουλάκι. Το κτ να περιέχει γεννήτριες που να αποδίδουν συνθήκες (συγκέντρωση οξυγόνου 6%, συγκέντρωση CO2 14%). Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη. Να μην δημιουργούνται υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού και εύκολη παρατήρηση χωρίς το απαραίτητο άνοιγμα). Να φέρουν σήμανση CE IVD MARK
6	Μικροαερόφιλες συνθήκες για τζάρα 12-15 τρυβλίων	40	Να προσφερθούν γεννήτριες για τζάρες (12 - 15 τρυβλίων 90mm). Γεννήτριες τεχνολογίας ασκορβικού οξέος που αποδίδουν συνθήκες (συγκέντρωση οξυγόνου 6%, συγκέντρωση CO2 14%). Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη και δείκτη. Να μην δημιουργούνται υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού). Να φέρουν σήμανση CE IVD MARK
B	Δισκία αντιβιοτικών για Kirby Bauer και Διαγνωστικά δισκία		Δισκία αντιβιοτικών για έλεγχο ευαισθησίας με τη μέθοδο διάχυσης των δισκίων (μέθοδος Kirby - Bauer) με διανεμητές. Να προσφερθούν δισκία αντιβιοτικών στις ζητούμενες συγκεντρώσεις. Τα προσφερόμενα δισκία να είναι σύμφωνα μέθοδο αναφοράς στην Ευρώπη EUCAST. Να προσκομιστεί ανεξάρτητη μελέτη EUCAST για την δραστηριότητα δισκίων αντιβιοτικών με δεδομένη συγκέντρωση αντιβιοτικού με QC στελέχη. Τα δισκία να καλύπτουν πλήρως τις οδηγίες των WHO, FDA και DIN. Να έχουν σήμανση IVD CE Mark και έγκριση του FDA (FDA approved). Συσκευασία έως 4 - 5 φρισιγγίων με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φρισιγγίο να είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία blister με δικό του αφυγραντικό, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των ανοιγμένων δισκίων σε επίπεδα υγρασίας που μπορεί να αδρανοποιήσουν το αντιβιοτικό και να αλλοδώσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Συσκευασίες με περισσότερα blister αντιβιοτικών δεν θα αξιολογηθούν λόγω περιορισμένης χρήσης ορισμένων αντιβιοτικών. Να είναι κατάλληλα για διανεμητές όλων των τύπων (1, 6, 8 θέσεων στρογγυλός 90mm, 12 θέσεων στρογγυλός 140mm και 16 θέσεων τετράγωνος 120x120mm). Να προσφερθούν όλα τα ζητούμενα είδη.
1	AMP2 Ampicillin 1x250	4	
2	AMP10 Ampicillin 1x250	7	
3	B10 Bacitracin 1x250	17	
4	C30 Chloramphenicol 1x250	4	
5	CT10 Colistin Sulphate 1x250	8	
6	E15 Erythromycin 1x250	3	
7	FD10 Fusidic Acid 1x250	3	
8	CN10 Gentamicin 1x250	8	
10	NA30 Nalidixic Acid 1x250	2	
11	F100 Nitrofurantoin 1x250	4	
14	SXT25 Sulphamet/Trimethop 1x250	12	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

15	TE30 Tetracycline 1x250	7	
17	DA2 Clindamycin 1x250	4	
18	MTZ5 Metronidazole 1x250	4	
19	AK30 Amikacin 1x250	10	
20	FOX30 Cefoxitin 1x250	9	
21	CXM30 Cefuroxime 1x250	5	
23	P1 Penicillin G 1x250	12	
24	OX1 Oxacillin 1x250	2	
25	VA5 Vancomycin 1x250	12	
26	RD5 Rifampicin 1x250	7	
27	AMC30 Amoxy/Clav. Acid 1x250	7	
28	NET30 Netilmicin 1x250	2	
29	ATM30 Aztreonam 1x250	9	
30	CTX5 Cefotaxime 1x250	3	
31	CAZ30 Ceftazidime 1x250	8	
32	CRO30 Ceftriaxone 1x250	7	
33	NOR10 Norfloxacin 1x250	4	
34	OFX5 Ofloxacin 1x250	2	
35	IPM10 Imipenem 1x250	10	
37	AMC3 Amoxy/Clav. Acid 1x250	1	
38	TEC30 Teicoplanin 1x250	5	
39	PEF5 Pefloxacin 1x250	1	
41	FOT200 Fosfomycin Trometamol 1x250	3	
42	MEM10 Meropenem 1x250	15	
43	LEV5 Levofloxacin 1x250	9	
44	TZP36 Piperacillin/Tazobactam 1x250	12	
45	CAZ10 Ceftazidime 1x250	3	
46	MXF5 Moxifloxacin 1x250	4	
47	LZD10 Linezolid 1x250	7	
48	TGC15 Tigecycline 1x250	6	
49	TOB10 Tobramycin 1x250	7	
50	CIP5 Ciprofloxacin 1x250	7	
51	FEP30 Cefepime 1x250	6	
52	CTX30 Cefotaxime 1x250	6	
	<b>Νεότερα αντιβιοτικά</b>		
53	CZA14 Ceftazidime / Avibactam 1x250	10	
54	MEV30 Meropenem / Vaborbactam 1x250	3	
55	C/T40 Ceftolozan / Tazobactam 1x250	4	
56	FDC30 Cefiderocol 1x250	4	
57	Optochin 1x250	13	Να προσφερθούν διαγνωστικά δισκία, εμποκλιμένα με Optochin, δισκία τροποποιημένα έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν άμεσα στο πρωτοκαλλιέργημα προκειμένου να γίνει πιο γρήγορα η ανίχνευση του πνευμονιόκοκκου. Να προσφερθούν σε συσκευασία με ανεξάρτητες υποσυσκευασίες των 4-5 φυσιγγίων με 50 δισκία έκαστο, με δικό του αφυγραντικό (ένα ανά Blister). Συμβατοί με μονούς διανεμητές της ίδιας εταιρείας. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

58	Bacitracin 1x250	4	Να προσφερθούν δισκία εμποσιμένα με Bacitracin 0,04 units, σε συσκευασία με ανεξάρτητες υποσυσκευασίες των 4-5 blister μεμονωμένα ανά 50 με ξεχωριστό αφυγραντικό ανά blister (ένα ανά blister). Συμβατοί με μονούς διανεμητές της ίδιας εταιρείας. Να φέρει σήμανση IVD CE.
59	X Factor 1x250	2	Να προσφερθούν δισκία εμποσιμένα με X FACTOR, σε συσκευασία με ανεξάρτητες υποσυσκευασίες 4-5 blister μεμονωμένα ανά 50 με ξεχωριστό αφυγραντικό (ένα ανά blister). Συμβατοί με μονούς διανεμητές της ίδιας εταιρείας. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Οι τρεις παράγοντες αιμοφίλων να έχουν την ίδια τιμή ανά είδος και θα αξιολογηθούν μαζί
60	V Factor 1x250	2	Να προσφερθούν δισκία εμποσιμένα με V FACTOR, σε συσκευασία με ανεξάρτητες υποσυσκευασίες 4-5 blister μεμονωμένα ανά 50 με ξεχωριστό αφυγραντικό (ένα ανά blister). Συμβατοί με μονούς διανεμητές της ίδιας εταιρείας. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Οι τρεις παράγοντες αιμοφίλων να έχουν την ίδια τιμή ανά είδος και θα αξιολογηθούν μαζί
61	X+V Factor 1x250	2	Να προσφερθούν δισκία εμποσιμένα με X+V FACTOR, σε συσκευασία με ανεξάρτητες υποσυσκευασίες 4-5 blister μεμονωμένα ανά 50 με ξεχωριστό αφυγραντικό (ένα ανά blister). Συμβατοί με μονούς διανεμητές της ίδιας εταιρείας. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Οι τρεις παράγοντες αιμοφίλων να έχουν την ίδια τιμή ανά είδος και θα αξιολογηθούν μαζί
62	Nitrocefin 25 tests	5	Να προσφερθούν δισκία εμποσιμένα με αντιδραστήριο Νιτροσεφίνης σε φιαλίδιο που να μην επιτρέπει την έκθεση στο φως. Συμβατοί με μονούς διανεμητές της ίδιας εταιρείας. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Μικρή συσκευασία 20-25 δισκίων επειδή είναι ευαίσθητο αντιδραστήριο.
63	Oxidase discs	4	Αντιδραστήριο Οξειδάσης σε συσκευασία εύχρηστων δισκίων σε blisters με αφυγραντικό ανά blister. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
<b>Γ. Ανιχνευτικόγραμμα</b>			
1	Ζυμός για αντιβιογράμματα μικρήτων Broth (RPMI) 10 tests	16	RPMI broth σε μικρή συσκευασία 10 φιαλιδίων. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση CE IVD



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

2	Αντιβιογράμμα μυκήτων σε 9 αντιβιοτικά σε Liquid Broth Dilution	16	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (MIC) ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΙΚΡΟΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΖΩΜΟ (ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΠΕΡΓΙΛΟΙ) για εκτεταμένο αντιβιογράμμα ανά αντιμυκητιασικό. Να περιέχει 9 δραστικές ουσίες σε 7 έως 12 διαδοχικά σημεία MIC. Κοινή μεθοδολογία για όλους τους μύκητες (ασπέργιλλους και ζυμομύκητες. Αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση. Τα αντιβιοτικά και το εύρος των αραιώσεων να είναι: Anidulafungin (0,015-8), Amphotericin B (0,12-8), Micafungin (0,008-8), Caspofungin (0,008-8), Isavuconazole (0,008-8), Posaconazole (0,008-8), Voriconazole (0,008-8), Itraconazole (0,015-16) και Fluconazole (0,12-256). Μεγάλη διάρκεια ζωής με φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου. Να παρέχει εύκολη ανάγνωση της MIC με την χρήση του δείκτη alamar blue που να περιέχει εντός τη πλάκας. Τα kit μικροπλακών και rpm broth να είναι μικρά (των 10 τεστ) λόγω μικρής χρήσης. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση CE IVD.
Δ	<b>ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ</b>		
1	ds-DNA elisa	6	Να προσφερθεί αντιδραστήριο ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό αντι-ds DNA αντισωμάτων. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεμένο στις μικροπλάκες ως αντιγόνο ειδικό σύμπλεγμα ds-DNA - νουκλεοσωμάτων (NcX), για μέγιστη ειδικότητα και ευαισθησία. Το kit να περιέχει 3 πρότυπα (standards 10 / 100 / 800 IU/ml) για ποσοτικό προσδιορισμό. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.
2	ENA screening elisa	6	Να προσφερθεί kit ανίχνευσης 6 αντισωμάτων έναντι εκχυλισμάτων αντιγόνου του πυρήνα ENA SCREENING για την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων IgG, έναντι RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl70, Jo-1 με μέθοδο ELISA ημιποσοτικού προσδιορισμού. Να διαθέτει θετικό, αρνητικό μάρτυρα και βαθμονομητή. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

3	ANA profile	6	<p>Πλήρες kit για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό αντπυρηνικών αντισωμάτων (η μεμβράνη να επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό 15 διαφορετικών αυτοαντισωμάτων - nRNP/Sm, Sm, SSA, Ro52, SSB, Scl-70, PM-Scl, Jo1, centromere protein B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2-, χωριστά) σε ορό, με τεχνική ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip) με υψηλής καθαρότητας αντιγόνα. Το kit να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και διαλύματα για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό μάρτυρα, sample buffer, conjugate, wash buffer, substrate solution και φορείς επώασης), και να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για τη χρήση του. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Η αξιολόγηση να μην γίνεται με σύγκριση έντασης χρώματος μεταξύ της εμφανιζόμενης μιάνας και του θετικού και αρνητικού μάρτυρα της ταινίας αλλά μέσω ειδικού λογισμικού (software) που να επιτρέπει την αντικειμενικοποιημένη ανάγνωση των ταινιών μέσω σαρωτή, την ποσοτικοποίηση ή ημιποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, και τη φύλαξη της εικόνας τους σε ηλεκτρονική μορφή (από όπου θα γίνεται και η ανάκληση τους όταν απαιτείται). Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.</p>
4	P-ANCA elisa	6	<p>Να προσφερθεί kit ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι μυελοϋπεροξειδάσης. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεμένο στις μικροπλάκες συνδυασμό φυσικού (native) και ανασυνδυασμένου (recombinant) αντιγόνου (hn-hr), για μέγιστη ειδικότητα και ευαισθησία. Το kit να περιέχει τουλάχιστο 3 πρότυπα (standards) για ποσοπκό προσδιορισμό καθώς επίσης θετικό και αρνητικό μάρτυρα. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.</p>
5	C-ANCA elisa	6	<p>Να προσφερθεί kit ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι πρωτεϊνάσης. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεμένο στις μικροπλάκες συνδυασμό φυσικού (native) και ανασυνδυασμένου (recombinant) αντιγόνου (hn-hr), για μέγιστη ειδικότητα και ευαισθησία. Το kit να περιέχει τουλάχιστο 3 πρότυπα (standards) για ποσοπκό προσδιορισμό καθώς επίσης θετικό και αρνητικό μάρτυρα. <b>(Τα είδη 4 και 5 πρέπει να είναι της ίδιας παρασκευαστικής εταιρείας).</b> Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.</p>
6	ANCA -ethanol	6	<p>Να προσφερθεί πλήρες kit ημιποσοπτικού προσδιορισμού αντισωμάτων ANCA (ethanol) με μέθοδο IFA σε ορό με θετικό ANCA-P / ANCA-C και αρνητικό μάρτυρα. Φιάλες των 6 οπών με εντυπώματα ιστών. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.</p>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

7	ANCA –formalin	6	Να προσφερθεί πλήρες kit ημιποσοτικού προσδιορισμού αντισωμάτων ANCA (formalin) με μέθοδο IFA σε ορό με θετικό ANCA-P / ANCA-C και αρνητικό μάρτυρα. Πλάκες των 6 οπών με εντυπώματα ιστών. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark. (Τα είδη 4 και 5 πρέπει να είναι της ίδιας παρασκευαστικής εταιρείας)
8	ANA IFA	6	Να προσφερθεί πλήρες kit ημιποσοτικού προσδιορισμού αντιπυρηνικών (ANA) αντισωμάτων με μέθοδο IFA σε υπόστρωμα HepII σε ορό με τιτλοποιημένο κατά WHO (WHO/80) και αραιώση 1/8 έως 1/512 και αρνητικό μάρτυρα. Πλάκες των 12 οπών με εντυπώματα ιστών HEP2. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.
9	ASMA IFA	6	Να προσφερθεί πλήρες kit ημιποσοτικού προσδιορισμού αντισωμάτων AMA-ASMA-APCA με μέθοδο έμμεσου ανοσοφθορισμού. Να περιέχει 1) Διπλό υπόστρωμα mouse kidney-stomach 2) θετικό κι αρνητικό μάρτυρα 3) κατάλληλο buffer με μέθοδο IFA. Πλάκες των 8-10 οπών με εντυπώματα ιστών. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.
10	SPUTASOL	3	Να προσφερθεί υγρό υλικό ρευστοποίησης πτυέλων και BAL. Να είναι έτοιμο προς χρήση (liquid). Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λίγες ημέρες μετά την αραιώση. Να φέρει σήμανση CE IVD Mark.