



Από: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεδεμένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Πληροφορίες: Κυνηγαλάκη Ειρήνη

Τηλέφωνο: 213-20.58.113

E-Mail: gram-ds@sismanoglio.gr

Αρ. Πρ. Γρ. Δ.Σ.:19/08-01-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών

ΚΟΙΝ.: 1. Γραμματεία Δ.Σ.2. ΔΔΥ, 3. Υπν/ση Οικονομικού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

της υπ' αριθμ. 1/08-01-2018 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεδεμένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Σήμερα, 08 Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30, συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Κουταλά Εμμανουήλ**, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεδεμένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, όπως αυτό ορίσθηκε με την υπ. αριθ. Α2β/Γ.Π.73604/04-10-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 532 τ. ΥΟΔΔ/10-10-2016), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» στο Μαρούσι Αττικής.

Παρόντες, είναι οι κ.κ. **1. Κουταλάς Εμμανουήλ**, Πρόεδρος Δ.Σ., **2. Τριγώνης Ευάγγελος**, τακτικό μέλος του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., **3. Φλεβοτόμος Αντώνιος**, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ., **4. Μαγριπλής Δημήτριος**, τακτικό μέλος του Δ.Σ., **5. Φειδοπίστης Αντώνιος**, τακτικό μέλος του Δ.Σ., **6. Λιβαδάς Κωνσταντίνος**, τακτικό μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος των ιατρών, **7. Μαλίνογλου Νικόλαος**, τακτικό μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Κυνηγαλάκη Ειρήνη

Αφού διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΔ 54/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με συνοδό εξοπλισμό δύο (2) μηχανήματα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεδεμένου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 338/05-01-18 εισήγηση του Τμήματος προμηθειών, η οποία αναφέρει

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΔ 54/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με συνοδό εξοπλισμό δύο (2) μηχανήματα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ

Σχετικά :

- το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- το Ν.4152/2013, υποπαρ.25 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών



3. οι διατάξεις του Ν.3918/11, άρθρο 13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
4. οι διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
5. το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
6. οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
7. η υπ'αριθμ.10/30.05.2017, θ.18ο ΗΔ (ΑΔΑ: Ω4Χ14690Ω5-ΩΞΜ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης σκοπιμότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
8. την υπ'αριθμ.36/08.11.2017 θ.12ο ΗΔ (ΑΔΑ: 6ΥΒΟ4690Ω5-ΙΓΜ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών
9. η διακήρυξη του ΣΔ 54/2016
10. το υπ'αριθμ.πρωτ.22/02.01.2018 έγγραφο – ένσταση της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ
11. η υπ αριθμ.πρωτ. 327/05.01.2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων

Σε συνέχεια των υπ'αριθμ.10/30.05.2017, θ.18ο ΗΔ (ΑΔΑ: Ω4Χ14690Ω5-ΩΞΜ) και υπ'αριθμ. 36/08.11.2017 θ.12ο ΗΔ (ΑΔΑ: 6ΥΒΟ4690Ω5-ΙΓΜ) Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, προκηρύχθηκε ο υπ'αριθμ. 54/2016 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «**ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με συνοδό εξοπλισμό δύο (2) μηχανήματα**».

Η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΠΕ κατέθεσε την υπ'αριθμ.πρωτ.22/02.01.2018 ένσταση επί συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής της διακήρυξης. Η επιτροπή ενστάσεων σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών (9)-(10) κατέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.327/05.01.2018 γνωμοδότηση στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«...Η Επιτροπή Ενστάσεων, αφού μελέτησε την υπ' αριθμ.22/02.01.2018 ένσταση της εταιρείας **ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΠΕ** κατά των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 54/2016 για την προμήθεια "Φίλτρων για συνεχείς μεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας με συνοδό εξοπλισμό δύο(2) μηχανήματα", συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, αποφάσισε τα κάτωθι:

Όσον αφορά στην τεχνική προδιαγραφή (σελίδα 3 της διακήρυξης): Τριχοειδικά φίλτρα(βλέπε σελίδα 3 της ένστασης) αποδέχεται την ένσταση που αφορά στο θερμαντικό σύστημα διότι το ζητούμενο είδος χρησιμοποιείται αυτή την περίοδο στη ΜΕΘ και με τη τεχνική προδιαγραφή «- καθένα συνοδευόμενο από πλήρες ΣΕΤ ...γραμμών διαλύματος υποκατάστασης με θερμαντικό σύστημα...» (από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ) και με τη τεχνική προδιαγραφή «...με θερμαντικό σύστημα αίματος...» (από την εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ) και εκ της εμπειρίας έχει αποδειχθεί η ασφάλεια και των δύο συστημάτων για τους ασθενείς.

Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με ότι υποστηρίζει η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ στην ανωτέρω ένσταση «... η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της Διακήρυξης ...έχει τεθεί φωτογραφικά και παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων...», το ζητούμενο είδος με τη τεχνική προδιαγραφή «- καθένα συνοδευόμενο από πλήρες ΣΕΤ ...γραμμών διαλύματος υποκατάστασης με θερμαντικό σύστημα...» δεν διατίθεται στην αγορά από μία μόνο εταιρεία, επομένως μπορεί να υπάρξει επαρκής ανταγωνισμός...»

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν.4412/2016, άρθρο 127 «...Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει... εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης ... Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης...».

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερόμενων παρακαλούμε όπως αποφασίσετε **άμεσα** σχετικά με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και την τροποποίηση της αναφερομένης σε αυτή τεχνικής προδιαγραφής.

Κατά τη συνεδρίαση να παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Νοσοκομείου.

Και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ.

λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει ομόφωνα

Α) Αποδέχεται την υπ' αριθμ.πρωτ. 327/05.01.2018 γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεων επί της υπ'αριθμ.πρωτ.22/02.01.2018 ένστασης της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΠΕ ως εξής:

«Όσον αφορά στην τεχνική προδιαγραφή (σελίδα 3 της διακήρυξης): Τριχοειδικά φίλτρα(βλέπε σελίδα 3 της ένστασης) **αποδέχεται την ένσταση που αφορά στο θερμαντικό σύστημα διότι το ζητούμενο είδος χρησιμοποιείται αυτή την περίοδο στη ΜΕΘ και με τη τεχνική προδιαγραφή «- καθένα συνοδευόμενο από πλήρες ΣΕΤ ...γραμμών διαλύματος υποκατάστασης με θερμαντικό σύστημα...» (από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ) και με τη τεχνική προδιαγραφή «...με θερμαντικό σύστημα αίματος...» (από την εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ) και εκ της εμπειρίας έχει αποδειχθεί η ασφάλεια και των δύο συστημάτων για τους ασθενείς.**

Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με ότι υποστηρίζει η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ στην ανωτέρω ένσταση «... η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή της Διακήρυξης ...έχει τεθεί φωτογραφικά και παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων...», το ζητούμενο είδος με τη τεχνική προδιαγραφή «- καθένα συνοδευόμενο από πλήρες ΣΕΤ ...γραμμών διαλύματος υποκατάστασης με θερμαντικό



σύστημα...» δεν διατίθεται στην αγορά από μία μόνο εταιρεία, επομένως μπορεί να υπάρξει επαρκής ανταγωνισμός....»

Β) Εγκρίνει την άμεση τροποποίηση από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της παραπάνω τεχνικής προδιαγραφής, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ.πρωτ. 327/05.01.2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων.

Το θέμα ομόφωνα επικυρώνεται σήμερα

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κυνηγαλάκη Ειρήνη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εμμανουήλ Κουταλάς