



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ  
ΤΗΛ: 213 2058371  
FAX: 213 2058614  
E-mail: [loukidou@sismanoglio.gr](mailto:loukidou@sismanoglio.gr)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ...2123.....  
ΗΜΕΡ: ...28/01/2015.....

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 46/2014  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕΘ' ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.146,71€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού	Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας	12/2/2015
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	Μετρητές (CPV: 38550000-5)
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	18.146,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

**Έχοντας υπόψη:**

- τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
- τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
- τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
- τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)
- Το υπ' αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012
- Το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012
- τον Ν.4152/2013, υποπαρ.25 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 Τ.Α') «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
- την υπ' αριθμ.01/14-3-2014 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕΘ' ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ»
- την υπ' αριθμ.41/17-12-2014 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης επαναπροκήρυξης του συγκεκριμένου είδους

**ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια «ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕΘ' ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ» (CPV: 38550000-5), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.146,71€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

**Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 12.2.2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 11.00π.μ.**



**Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.** Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

#### **Διευκρινήσεις:**

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφάκελους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
  - A) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
  - B) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.



13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

- Α) 4 % Προκαταβολή φόρου  
Β) 2% Ν.3580/2007  
Γ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  
Δ) χαρτόσημο 2% επί ΕΑΑΔΗΣΥ  
Ε) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.
15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.
16. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»
17. Η μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Μ.ΜΗΛΕΣΗ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Χ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ1

323



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ: Φ.2.25  
ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: Δ1102-2014-Σ0015  
ΗΜ/ΝΙΑ: 30/6/2014  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: [ ]

## ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επώνυμο:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Όνομα:		Πατρώνυμο	
Τμήμα:	Η/Μ Εγκαταστάσεων	Κλάδος/Ειδικότητ		Θέση:	

### ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΘΕΜΑ

Προς:	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα:	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Κοινοποίηση:	[ ]

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις καταστάσεις των ροομέτρων και των φίλτρων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για το ΠΠΥ 2012.

Παρελήφθη

Ο/Η συντάκτης

[Όνοματεπώνυμο-Ημερομηνία-Υπογραφή]

ΠΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΚΗΣ  
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

www.sismanoglio.gr  
e-mail: info@sismanoglio.gr

Σισμανογλείου 1, 15126 Μαρούσι, τηλ. 213-20.58.001, fax 213-20.58.700



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ



**ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕΘ'ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ**

<u>α/α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>
1.	Βάση υγραντήρων	2
2.	Βύσματα οξυγόνου NF	2
3.	Βύσματα γωνιακά οξυγόνου NF	2
4.	Λήψεις οξυγόνου	2
5.	Ροόμετρο φιάλης οξυγόνου με ρουζούνι	5
6.	Ροόμετρο φιάλης οξυγόνου με υγραντήρα	10
7.	Ροόμετρο φιάλης οξυγόνου με ρουζούνι και υγραντήρα και λήψη οξυγόνου	5
8.	Ρυθμιστής πίεσης φιάλης οξυγόνου με λήψη NF	2
9.	Μπουκαλία υγραντήρων οξυγόνου	80
10.	Ροδέλες μετωπικών λήψεων	10
11.	Ροδέλες μπουκαλιών υγραντήρων	100
12.	Ροόμετρα οξυγόνου διπλά κομπλέ	20
13.	Ροόμετρα οξυγόνου μονά κομπλέ	80
14.	Ρυθμιστής ροομέτρων οξυγόνου (βολαντάκι)	10

Για τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO-CE MARK και να είναι συμβατά με τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου μας.  
Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η προσκόμιση δειγμάτων από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.  
Σημειώνουμε ότι η πίεση λειτουργίας των μπουκαλιών των υγραντήρων οξυγόνου πρέπει να είναι 4,5 bar.

ΚΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

www.sismanoglio.gr  
e-mail: info@sismanoglio.gr

Σισμανογλείου 1, 151 26, Μαρούσι, τηλ. 210 8039001, fax 210 8042700