



**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ.
ΤΗΛ: 213 2058448
FAX: 213 2058614
E-mail: tsellos@sismanoglio.gr

**ΑΡ.ΠΡΩΤ: 26941
ΗΜΕΡ: 23.10.2014**

69ΝΣ4690Ω5-ΜΣΔ

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 74/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Είδος διαγωνισμού	Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας	06.11.2014
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (CPV-33122000-1)
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	15.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) και του Ν.4038/2012(Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)
5. Το υπ'αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012
6. Το υπ'αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012
7. τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
8. την υπ' αριθμ. 24277/30.09.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ έγκριση διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»(CPV-33122000-1)** συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **15.000€** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές:

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την 06.11.2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ,, ώρα 11.00 πμ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.



Διευκρινήσεις:

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Περιλήψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφάκελους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
 - A) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
 - B) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.
7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια σε δύο φάσεις (άνοιγμα και αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς ταυτόχρονα και σε επόμενη φάση άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) .
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους



χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής:

A) 3 % υπέρ ΜΤΠΥ

B) Χαρτόσημο 2 % επί ΜΤΠΥ

Γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ & επί χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΣΥ (Ζ)

Δ) 8 % Προκαταβολή φόρου

Ε) 2% Ν.3580/2007

ΣΤ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

Ζ) χαρτόσημο 2 % επί της κράτησης (ΣΤ)

Προκαταβολή φόρου 4% επί της αξίας των υλικών και εξόδων μεταφοράς μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου

14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.
15. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.
16. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ' αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής, περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι *«σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»*

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Επισυνάπτονται τα προς προμήθεια εργαλεία με τις προδιαγραφές τους.

Γενικές προδιαγραφές:

1. Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, απαγορεύεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ειδών που περιλαμβάνονται στο σετ.
2. Η τιμή θα δοθεί για το σετ
3. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι καινούργια και αμεταχείριστα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτάνιο. Να είναι ματ και να έχουν άριστο φινίρισμα. Οι αρθρώσεις των εργαλείων να ανοίγουν και να κλείνουν μαλακά και τα σκέλη των λαβίδων να κλείνουν σταθερά.
4. Τα ψαλίδια να έχουν άριστες κοπτικές επιφάνειες και να κόβουν μαλακά σε όλο το μήκος τους.
5. Οι προσφέροντες να κατονομάζουν ρητώς και πλήρως επί ποινή αποκλεισμού (ονομασία, Χώρα, διεύθυνση, κ,λ,π) στην προσφορά τους τον κατασκευαστικό οίκο όλων των προσφερόμενων εργαλείων.
6. Να υπάρχει πληρότητα της προσφοράς από το ίδιο εργοστάσιο για την εξασφάλιση της ομοιογένειας στην ποιότητα, η οποία έχει μεγάλη σημασία στην καλή συντήρηση των εργαλείων.
7. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές συλλεκτικών οίκων.
8. Στα εργαλεία να φέρονται αποτυπωμένα :
 - Κωδικός που αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου
 - Επωνυμία εργοστασίου
 - Σήμανση CE
9. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών των προσφερόμενων εργαλείων με τα ζητούμενα.
10. Να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων για δύο τουλάχιστον έτη από τον κατασκευαστικό οίκο.
11. Να δηλώνεται ρητά η ύπαρξη στην προμηθεύτρια εταιρεία εξουσιοδοτημένου service για την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στην συντήρηση των εργαλείων.
12. Να κατατίθενται με την προσφορά
 - ISO κατασκευαστικού οίκου
 - ISO 9001 και ISO 13485 του προσφέροντα
 - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την κοινοτική οδηγία 93/42/ EEC
 - Ανάλυση κράματος μετάλλουΌλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα
13. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης
14. Να συνταχθεί φύλλο συμμόρφωσης με αναλυτικές παραπομπές στον επίσημο κατάλογο του εργοστασίου για όλα τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών.
15. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος του κατασκευαστικού οίκου των εργαλείων.
 16. Να προσκομισθούν δείγματα προς αξιολόγηση από την επιτροπή.
 17. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Ειδικές προδιαγραφές σετ εργαλείων καταρράκτη

Το σετ να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαλεία στις αντίστοιχες ποσότητες:

1. Κοχλιάρια χαλαζίου τύπου Meyerhoefer 1.5mm και 2.5mm(μικρό-μεγάλο) TEM. 2
2. Ψαλίδι ιστών τύπου Knapp standard, ολικού μήκους 125 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι κυρτό TEM.1
3. Λαβίδα χειρουργική τύπου Bonn ευθεία με οδόντωση 0.12mm 1x2, 5mm πλατφόρμα, ολικό μήκος
4. 94 mm, από τιτάνιο TEM. 2



5. Βελονοκάτοχο τύπου Barraquer, standard, κυρτό, με σιαγόνες 12 mm, χωρίς κλείδωμα, ολικό μήκος 100 mm, από τιτάνιο. TEM. 7
6. Βλεφαροδιαστολέας ρυθμιζόμενος τύπου LIEMBERMAN ειδικά, ολικού μήκους 71 mm, από τιτάνιο TEM 5
7. Βλεφαροδιαστολέας τύπου Barraquer συρμάτινος, ενηλίκων, ολικού μήκους 45 mm με θυριδωτά σκέλη, από ανοξείδωτο ατσάλι TEM 10
8. Λαβίδα ραμμάτων τύπου Kelman McPherson γωνιωτή με πλατφόρμα μήκους 8mm, ολικό μήκος 84 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι ή τιτάνιο. TEM. 4
9. Λαβίδα ραμμάτων τύπου Kelman McPherson γωνιωτή με πλατφόρμα μήκους 10mm, ολικό μήκος 84 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι ή τιτάνιο TEM. 4
10. Λαβίδα κερατοειδούς Colibri με οδόντωση 0.12mm, 1x2 και 5mm πλατφόρμα αματισμού, ολικού μήκους 77 mm, από τιτάνιο TEM. 6
11. Κάνουλα πλύσης-αναρρόφησης τύπου Simcoe μεταλλική, επαναποστειρούμενη 23/ 23 Ga, 0.3 mm port TEM. 4
12. Λαβίδα ρούχων από ανοξείδωτο ατσάλι. TEM. 5
13. Ψαλίδι καψουλοτομής τύπου Vannas ευθύ, οξυαιχμο με λεπίδες μήκους 6 mm, ολικού μήκους 84 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι TEM 3
14. Ψαλίδι τενοτομίας Westcott, κυρτό, αμβλύ με λεπίδες μήκους 13 mm, ολικού μήκους 115 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι TEM 1
15. Άγγιστρο Sinskey γωνιωτό, με tip 10 mm, 0.15mm διάμετρο tip, με στρογγυλή λαβή και ολικό μήκος 122 mm από τιτάνιο ή ατσάλι. TEM.7
16. Λαβίδα καψουλόρηξης τύπου Utrata με ευθείες σιαγόνες μήκους 11 mm, άκρες κυστεοτόμου και πεπλατυσμένη λαβή, ολικού μήκους 107 mm, από ανοξείδωτο ατσάλι ή τιτάνιο. TEM 7
17. Λαβίδα (πλάκα) χαλαζίου τύπου Desmarres διαστάσεων 20x13mm και ολικού μήκους 90 mm και 24x16mm και ολικού μήκους 92 mm. TEM 2
18. Διαβήτη τύπου Castroviejo, με μετρήσεις από 0 έως 20mm, ενδείξεις και στις δύο πλευρές, ευθύς, ολικού μήκους 87 mm από ανοξείδωτο ατσάλι. TEM 5
19. Cracker πυρήνα Ernest από τιτάνιο ή ατσάλι. TEM. 7
20. Περιστροφέας πυρήνα τύπου Bechert διχαλωτός, γωνιωτός, με στρογγυλή λαβή και ολικό μήκος 121 mm. από τιτάνιο ή ατσάλι. TEM. 2
21. Τεμαχιστής πυρήνα Phaconit Quick με tip 0,75mm και ολικό μήκος 120 mm από τιτάνιο. TEM.3
22. Knolle-Pearse Irrigating Vectis 23Ga TEM. 3