



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Ε. Μητσοπούλου
ΤΗΛ: 213 2058557
E-mail: emitsop@sismanoglio.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10097
ΗΜΕΡ:13.05.2021

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ ΚΑΙ ΜΕΘ»
προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00€**

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είδος διαγωνισμού	Συνοπτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας	01.06.2021
Τόπος Διενέργειας	Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ ΚΑΙ ΜΕΘ CPV: 45259200-9
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

- το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του Ν.4542/2016 (Α' 95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
- το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
- τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
- τις διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- κατευθυντήρια οδηγία 2 (ΑΔΑ: 6162ΟΞΤΒ-4ΕΓ) της ΕΑΑΔΗΣΥ
- κατευθυντήρια οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της ΕΑΑΔΗΣΥ
- τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
- το υπ' αριθ.πρωτ.1075/20.01.2021 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
- την υπ' αριθ.03/31.03.2021 θ.11ο ΗΔ (ΑΔΑ: ΩΧΣ34690Ω5-Κ37) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού
- την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΒΒΛ4690Ω5-Μ1Δ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ ΚΑΙ ΜΕΘ**» (CPV: 45259200-9) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης **55.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, στις 01.06.2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 11.00π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 31.05.2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων/υπηρεσιών.

Διευκρινήσεις:

- Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
- Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
- Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφάκελους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
- Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).



6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
- A)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, CE, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
- B)** Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής σε έντυπη μορφή.
- Γ)** Συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'). Σημειώνεται ότι στο Μέρος IV του Τ.Ε.Υ.Δ., που αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α (χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα).
7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως μη κανονικές.
- Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών, β) πίνακα με τιμοκατάλογο ανά υπηρεσία και γ) τιμή ανά επίσκεψη πλέον ΦΠΑ.**
8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
13. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».
14. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
- α) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007)
- β) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%
- Τα έξοδα μεταφοράς των ανταλλακτικών μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου βαρύνουν τον προμηθευτή
15. Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, «... Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. ... στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή...»
16. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
17. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
18. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης Μ.Ε.Θ. και Μ.Τ.Ν. του Σισμανογλείου και Μ.Τ.Ν. Α. Φλέμιγκ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την ετήσια συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Σισμανογλείου και του Α. Φλέμιγκ.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

Ως συστήματα επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου νοούνται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα παροχής του επεξεργασμένου καθαρού νερού που απαιτείται για τη λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Στο Α. Φλέμιγκ υπάρχει το εξής σύστημα επεξεργασίας νερού:

ΣΕΝ 1-MTN: Σύστημα επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης on line της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Το σύστημα αποτελείται από μία δεξαμενή συλλογής νερού τροφοδοσίας, δύο φίλτρα θολότητας HI FLO 2 UF-12", δύο φίλτρα ενεργού άνθρακα FILTER HI FLO 2 UR-16", δύο αποσκληρυντές GOLD 90, τέσσερα φίλτρα φύσιγγας 5 micron (μ) 9 7/8", μία συσκευή αντίστροφης όσμωσης RO2-800 (3+2EL), μία συσκευή υπεριωδών ακτίνων UV SL-1, μία συσκευή μέτρησης αγωγιμότητας, έναν ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και το δίκτυο διανομής επεξεργασμένου καθαρού νερού.

Στο Σισμανόγλειο υπάρχουν τα εξής συστήματα επεξεργασίας νερού:

ΣΕΝ 2-MTN: Σύστημα επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης on line της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Το σύστημα αποτελείται από μία διάταξη ενίσχυσης χλωρίωσης νερού τροφοδοσίας, δύο φίλτρα θολότητας FILTER CLEER PV 9", ένα φίλτρο θολότητας F-16, δύο φίλτρα ενεργού άνθρακα FILTER CULLAR 12", ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα AC-16, έναν αποσκληρυντή S-70 TWIN CV, δύο φίλτρα φύσιγγας BIG BLUE 20", μία συσκευή υπεριωδών ακτίνων UV στο κύκλωμα προκατεργασίας, μία συσκευή αντίστροφης όσμωσης 1ης βαθμίδας MFP-1600, μία δεξαμενή συλλογής νερού προκατεργασίας, δύο αντλίες επανασυμπιέσης, μία συσκευή αντίστροφης όσμωσης 2ης βαθμίδας MFP-1600, δύο αγωγιμόμετρα, μία συσκευή υπεριωδών ακτίνων UV στο κύκλωμα επεξεργασμένου καθαρού νερού, μία διάταξη χημικής αποστείρωσης, έναν ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και το δίκτυο προκατεργασίας και διανομής επεξεργασμένου καθαρού νερού.

ΣΕΝ 3-MEO: Σύστημα επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Το σύστημα αποτελείται από ένα φίλτρο θολότητας HI FLO 2 UF-12", ένα φίλτρο θολότητας F-12, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα FILTER CULLAR 12", ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα AC-12, έναν αποσκληρυντή HI FLO 2 HA-90, δύο φίλτρα φύσιγγας BIG BLUE 20", μία συσκευή υπεριωδών ακτίνων UV στο κύκλωμα προκατεργασίας, μία συσκευή αντίστροφης όσμωσης 1^{ης} βαθμίδας MFP-700, μία δεξαμενή συλλογής νερού προκατεργασίας, δύο αντλίες επανασυμπιέσης, μία συσκευή αντίστροφης όσμωσης 2^{ης} βαθμίδας MFP-350, δύο αγωγιμόμετρα, μία συσκευή υπεριωδών ακτίνων UV στο κύκλωμα επεξεργασμένου καθαρού νερού, μία διάταξη χημικής αποστείρωσης, έναν ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και το δίκτυο προκατεργασίας και διανομής επεξεργασμένου καθαρού νερού.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου είναι η εξασφάλιση της άρτιας, εύρυθμης, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και η αποτελεσματική και υπεύθυνη εκτέλεση του προγράμματος της συντήρησής τους, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις και εν γένει προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Συγκεκριμένα αφορά τις συσκευές επεξεργασίας νερού, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο.

Η διάρκεια της συντήρησης θα είναι ετήσια. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης οι ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου θα είναι:

1) Εκτέλεση της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και αποστείρωσης των ανωτέρω συστημάτων με βάση το πρόγραμμα του πίνακα 4.1 (βλ. Παράρτημα), με σκοπό την σωστή λειτουργία τους, εντός των ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος συντήρησης, σε ετήσια βάση, θα εκτελούνται:

Δώδεκα μηνιαίες συντηρήσεις των συστημάτων, διάρκειας έκαστης έως μίας (1) εργάσιμης ημέρας, όπου θα διενεργείται έλεγχος καλής λειτουργίας, αναλυτικές μετρήσεις, συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων, ρύθμιση απορυθμισμένων μερών, εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης.



Επιπλέον κάθε μήνα θα διενεργείται αποστείρωση μεμβρανών, συσκευών προκατεργασίας, αποστείρωση κάδων και δικτύων επεξεργασμένου νερού, ήτοι αναλυτικά: α) αποστειρώσεις μεμβρανών, β) αποστειρώσεις αποσκληρυντών, γ) αποστειρώσεις φίλτρων θολότητας, δ) αποστειρώσεις φίλτρων ενεργού άνθρακα, ε) αποστείρωση κάδου 1^{ου} σταδίου επεξεργασίας, στ) αποστείρωση δικτύων διανομής επεξεργασμένου νερού. Η αποστείρωση θα γίνεται με παρακετικό οξύ, ή άλλο αποδεκτό υλικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Επιπλέον, ειδικά για το Α. Φλέμιγκ, κάθε τρεις μήνες θα διενεργείται απολύμανση της δεξαμενής συλλογής νερού τροφοδοσίας.

Η ημερομηνία εκτέλεσης των επισκέψεων τακτικής συντήρησης για κάθε μήνα θα προτείνεται και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Εντατικής Θεραπείας από την πλευρά του Νοσοκομείου αφενός και του Αναδόχου αφετέρου, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η κανονική λειτουργία των μονάδων, λαμβανομένων υπόψη εκτός των άλλων και οι ημέρες εφημερίας.

2) Επιπλέον των ανωτέρω συντηρήσεων θα προβλέπονται έως δώδεκα επισκέψεις για έκτακτες επείγουσες επιδιορθώσεις, διάρκειας εκάστης έως μιας πλήρους εργάσιμης μέρας, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης, με βάση το πρόγραμμα του πίνακα 4.2 (βλ. Παράρτημα). Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει με την έναρξη της σύμβασης να δηλώσει τηλέφωνα επικοινωνίας, έτσι ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω βλάβης, να δίδονται προφορικές οδηγίες στο τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, μέχρι την ανταπόκριση των συνεργείων του.

3) Η αντικατάσταση όλων των αναλωσίμων υλικών που αναφέρονται στον πίνακα 4.3 (βλ. Παράρτημα), τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία και τη συντήρηση του ανωτέρω εξοπλισμού, κατά τη διάρκεια της ετησίας συντήρησης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πλάνο αντικατάστασης των υλικών αυτών, βάσει των απαιτήσεων, για τους επόμενους 12 μήνες. Ο Ανάδοχος θα διατηρεί πλήρες και ενημερωμένο ημερολόγιο εργασιών και αντικατάστασης αναλωσίμων υλικών, βάσει του οποίου θα προκύπτει και θα τηρείται η ελάχιστη προβλεπόμενη συχνότητα για την αλλαγή των αναλωσίμων υλικών. Το εν λόγω ημερολόγιο θα κοινοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή στην Τεχνική Υπηρεσία, έτσι ώστε αυτή με τη σειρά της να ενημερώνει τη βάση δεδομένων που τηρεί το Νοσοκομείο.

4) Με το πέρας κάθε επίσκεψης τεχνικού θα εκδίδεται τεχνικό δελτίο, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν, παρατηρήσεις και προτάσεις. Το τεχνικό δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον τεχνικό του Αναδόχου που θα εκτελεί την συντήρηση και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.

5) Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τα ακριβή ανταλλακτικά που προβλέπονται από τον κατασκευαστικό οίκο, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη, ασφαλής και μακροχρόνια λειτουργία των συσκευών.

6) Η ανταπόκριση του τεχνικού του Αναδόχου σε έκτακτη βλάβη θα γίνεται μετά από κλήση μέσω τηλεφώνου, ή fax, ή e-mail, των αρμοδίων τμημάτων του Νοσοκομείου (Μ.Τ.Ν., Τεχνική Υπηρεσία). Η ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης και εάν η βλάβη παραμένει μετά τις υποδείξεις της εταιρείας για την άμεση αποκατάστασή της από το προσωπικό που θα χειρίζεται το σύστημα, θα είναι το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

7) Ο Ανάδοχος θα πρέπει με την κατάθεση της προφοράς του να κάνει γνωστή τη χρέωση για κάθε έκτακτη επίσκεψη, πέραν των προβλεπόμενων δώδεκα ανά έτος, για αποκατάσταση βλάβης, προτείνοντας το κόστος ανά εργάσιμη ημέρα ή τυχόν προσαυξήσεις για εξυπηρέτηση σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες.

8) Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τυχόν υλικά και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν, επιπλέον των προβλεπόμενων, κατά την διάρκεια της επίσκεψης της τακτικής συντήρησης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο και μετά από έγγραφη ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση θα αφορά μόνον τα υλικά.

9) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το προσωπικό του Νοσοκομείου, σχετικά με την χρήση του συστήματος επεξεργασίας νερού, με ειδικό βάρος στους αναγκαίους χειρισμούς και την τήρηση εφεδρείων του συστήματος, σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, καθώς και τους χειρισμούς για την αποστείρωση του δικτύου επεξεργασμένου νερού.

10) Για τα επιπλέον αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 4.3 (βλ. Παράρτημα) και για τα οποία ενδεχομένως να προκύψει ανάγκη αντικατάστασής τους λόγω έκτακτης βλάβης ή άλλης αιτίας, η χρέωση θα είναι σύμφωνη με τον συνημμένο τιμοκατάλογο, τον οποίον είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ο Ανάδοχος. Το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας τους, στις αναφερόμενες τιμές χωρίς την υποχρέωση ζήτησης κατάθεσης νέας προσφοράς κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επίσης το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας των ανταλλακτικών από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι συμβατά με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Τα συνηθέστερα από τα ανωτέρω υλικά αναφέρονται στον πίνακα 4.4 (βλ. Παράρτημα). Για τα υλικά αυτά ισχύουν τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 5 και 8.

11) Η προμήθεια του αλατιού για την πλήρωση των κάδων άλμης των αποσκληρυντών επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.



Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν εξουσιοδότηση, ή βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία, για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε τμήματα, ή εξοπλισμό των μονάδων.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την εμπειρία συντήρησης σε αντίστοιχα συστήματα επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης με κατάθεση ονομαστικής λίστας ιδρυμάτων και φορέων και τουλάχιστον τριών εν ισχύ αντίστοιχων συμβάσεων.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 & 14001.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν βεβαίωση από πιστοποιημένο φορέα για τη δυνατότητα να τηρούν τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348/2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004).

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να επισκεφθούν τους προαναφερόμενους χώρους για να ενημερωθούν για το αντικείμενο του διαγωνισμού και να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους βεβαίωση ότι ενημερώθηκαν για τα παραπάνω.

Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Όλα τα ανωτέρω είναι επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να παραδώσει τις εγκαταστάσεις καθαρές και σε πλήρη λειτουργία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε νόμο, διάταγμα, διάταξη, οδηγία και κανονισμό σχετική με τα συστήματα επεξεργασίας νερού μονάδων αιμοκάθαρσης, που ισχύει και πρόκειται να ισχύσει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συμβεί, από κακή συντήρηση των μηχανημάτων.

Οι εργασίες συντήρησης και αποστείρωσης των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, που απαιτούν διακοπή λειτουργίας του συστήματος, θα γίνονται μόνο τις ημέρες που δεν λειτουργούν, ήτοι βράδυ Σαββάτου και Κυριακή, σε μέρες μη εφημερίας και ύστερα από συνεννόηση μεταξύ του Αναδόχου και των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Εντατικής Θεραπείας. Οι λοιπές εργασίες συντήρησης που δεν απαιτούν διακοπή λειτουργίας του συστήματος, θα εκτελούνται εντός εργασιμων ωρών και ημερών. Η ημερομηνία εκτέλεσής τους θα προτείνεται ανά μήνα και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου από την πλευρά του Νοσοκομείου.

Κατ' εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια απογευματινής ή βραδινής βάρδιας, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ανάδοχος θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεστούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

Η Ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης και εάν η βλάβη παραμένει μετά τις υποδείξεις του Τεχνικού του Αναδόχου για την αποκατάστασή της από το προσωπικό που θα χειρίζεται το σύστημα, θα είναι το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης, από την έγγραφη ειδοποίηση (τηλεομοιοτυπία ή e-mail) του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος μπορεί να επιβεβαιώνει την λήψη των έκτακτων κλήσεων του Νοσοκομείου για επείγουσα επιδιόρθωση κατά την διάρκεια των εργασιμων ημερών (από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00).

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για τη συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων αντίστροφης όσμωσης για αιμοκάθαρσης και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε δαπάνη για αναλώσιμα μικροϋλικά βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. Στην έννοια αναλώσιμα υλικά περιλαμβάνονται λιπαντικά, λάδια, γράσα, πετρέλαιο, βενζίνη, στουπί, κλπ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιων συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών.



Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της συντήρησης των μηχανημάτων οι εργασίες που εκφεύγουν από την ειδικότητα του συντηρητή, με ρητή προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ειδική προς τούτο πρόταση και γνωμάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, συγκεκριμένα οι οικοδομικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές εργασίες.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο, ή βανδαλισμό. Βαρύνεται, όμως, για βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση, ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις. Επίσης ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση επέμβασης στην εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών, τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Η έκδοση του τιμολογίου του Αναδόχου θα γίνεται αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, ή αποστείρωσης.

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

4.1. Πρόγραμμα εκτέλεσης βασικών εργασιών ανά εγκατάσταση

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Έλεγχος καλής λειτουργίας, αναλυτικές μετρήσεις, συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων, ρύθμιση απορρυθμισμένων μερών, εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης.	1 Μήνας	12
2	Αποστείρωση μεμβρανών και συσκευών προκατεργασίας κάδων και δικτύων επεξεργασμένου νερού.	1 Μήνας	12

4.2. Πρόγραμμα εκτέλεσης εκτάκτων επισκέψεων για το σύνολο των εγκαταστάσεων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επιπλέον επισκέψεις για έκτακτες επείγουσες επιδιορθώσεις προς αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών, διάρκειας μίας πλήρους εργάσιμης ημέρας	-	12
2	Απολύμανση εξωτερικών δεξαμενών συλλογής νερού τροφοδοσίας εγκατάστασης μόνο για το Α. Φλέμιγκ	3 Μήνες	4

4.3. Πίνακας αναλωσίμων υλικών – ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν ετησίως

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΤΕΜ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1	Φύσιγγα θολότητας BIG BLUE 20", 1 micron (μ) - String-Wound	16	3 Μήνες
2	Φύσιγγα θολότητας 5 micron (μ), 10" –Wounded Polypropylene.	16	3 Μήνες



3	<p>Εσωτερικό στοιχείο μεμβράνης RO2/MFP3/4, 4641. <i>Τεχνικά στοιχεία:</i> Ανταλλακτική μεμβράνη για μονάδα αντίστροφης όσμωσης. Μέγιστη παροχή παραγόμενου νερού: 3.600 gpd (13,6 m3/d) Απόρριψη αλάτων: 99,4% (97,5% ελάχιστο) Ενεργή επιφάνεια: 120 ft² Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 300 psig (2,1 MPa) Μέγιστη συγκέντρωση χλωρίου: <0,1 ppm Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45 οC Εύρος pH: 2-10 λειτουργία (1-12 έκπλυση) Μέγιστη παροχή εισόδου: 18 gpm (3,0 m3/h) Μέγιστη πτώση πίεσης ανά στοιχείο: 10 psi Μήκος: 41,3" (in), Διάμετρος: 4,6" (in)</p>	1	3 Έτη
4	Λυχνία αποστείρωσης για UV Model S	2	1 Έτος
5	Λυχνία αποστείρωσης για UV υπεριωδών ακτίνων SL-1	1	1 Έτος
6	<p>Λάμπα UV 30W <i>Τεχνικά στοιχεία:</i> Μέγιστη παροχή λειτουργίας συσκευής: 2,2 m3/h Αριθμός λυχνιών UV: 1 Ισχύς λυχνίας: 30W Χρόνος ζωής λυχνιών: έως 8.700 ώρες</p>	1	1 Έτος
7	Τεστ Merc ολικής σκληρότητας	3	1 Έτος
8	Τεστ μέτρησης pH και χλωρίου	3	1 Έτος
9	Τεστ Merc παρακετικού οξέος	3	1 Έτος
10	Ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου DPD1	50	1 Έτος
11	Παρακετικό οξύ 5% (SEPTOFORTE OXY 50), σε δοχείο των 25 Kg. Χρησιμοποιείται για την αποστείρωση του συστήματος	3	1 Έτος

4.4. Πίνακας συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων υλικών – ανταλλακτικών

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
1	ΦΥΣΙΓΓΑ BIG BLUE 20", 1 micron (μ) - String-Wound,	
2	ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 10", 5μm	
3	ΦΥΣΙΓΓΑ 1 micron (μ) 9 7/8" , WOUNDED POLYPROPYLENE	
4	ΦΥΣΙΓΓΑ 5 micron (μ) 9 7/8" , WOUNDED POLYPROPYLENE	
5	ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 0,2μ 9" ΓΙΑ 3/4" ΔΟΧΕΙΟ	
6	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ FILTR CLEER PV-9"	
7	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ F- 12"	
8	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ HI FLO 2 UF-12"	
9	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ UF-16"	
10	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CULLAR / AC-12"	
11	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ AC-16"	
12	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ S-70	
13	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ HI FLO 2 HA-90	
14	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ RO2/MFP3/4	
15	ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ UV – S series	



21PROC008607430 2021-05-14

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

16	ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ UV – 30W	
17	ΠΑΡΑΚΕΤΙΚΟ ΟΞΥ ΣΕΡΤΟΦΟΡΤΕ 5%, ΔΟΧΕΙΟ 30KGR	
18	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ (ClO ₂)	
19	ΤΕΣΤ MERCK ΟΛΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ - (D)	
20	ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ & ΧΛΩΡΙΟΥ	
21	ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MERCK ΠΑΡΑΚΕΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	
22	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ DPD1 (10pcs)	
23	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ, PHENOL RED (10pcs)	
24	DISSOLVINE ΝΑΤΡΙΟΥ (EDTA), Σάκος 25kg	
25	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (30-33%), Δοχείο 32Kg	
26	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 13% (Δοχείο 25kg)	
27	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 1413 μS/cm, 230 ml	
28	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 84 μS/cm, 230 ml	
29	CLEANING SOLUTION, 230 ml	
30	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΟΣ	
31	ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΗΝΙΟΥ	
32	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ	
33	ΟΔΗΓΟΣ ΠΗΝΙΟΥ	
34	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ HF2	
35	SEAL PACK ASSEMBLY	
36	ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΕΛΟΝΟΕΙΔΗΣ 0.5", ΠΙΕΣΕΩΣ	
37	ΤΥΒΟ FLEX ΑΡΜΑΤΟ 1/2" x 600 mm (ΡΙΑΝΑ AFC) ΦΙ 16 DIS. 100506	
38	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 1"	
39	ΠΗΝΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1"	
40	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ MARK	
41	ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ DELRIN 1/2"	
42	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 220/50	
43	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 0-25 bar 1/4" INOX ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63	
44	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 0-10 bar 1/4" INOX ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63	
45	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 0,75 - 3 bar	
46	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 0-10 bar	
47	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ PLC	
48	ΘΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
49	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PLC	
50	ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ S503-PH/RX/T	
51	ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ S503-CO	
52	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ REDOX EURO 2110Rx/Pt	
53	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟΥ CCK5-PVC ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 5μ	
54	BASIC-2-40 4 lit/6 bar PVDF/K/V 100-240VAC	



21PROC008607430 2021-05-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

55	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15mm x 1/2"	
56	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ , 15mm x 1/2"	
57	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 15mm	
58	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΤΑΥ 15mm	
59	ΣΩΛΗΝΑΣ 15mm x 12mm FLEX RILSAN - (ΛΕΥΚΟ)	
60	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΙΜΕΡ 24V/50HZ (102540)	
61	ΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ 6/4 ΜΕ 2 ΟΠΕΣ	
62	ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1"	
63	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ	
64	SNAP RING ΓΙΑ RS-IC	
65	ΦΛΟΤΕΡ ΜΙΝΙΜΑΤΙΣ 2Μ	



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα¹ και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισμανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ελένη Μητσοπούλου]
- Τηλέφωνο: [213 2058557]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [emitsop@sismanoglio.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [<http://www.sismanoglio.gr>]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

[«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ ΚΑΙ ΜΕΘ»- CPV : 45259200-9

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [.....]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΣΔ 11/2021]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ



Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιι :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]



21PROC008607430 2021-05-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....] [.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]



Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςⁱⁱⁱ

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**^v
2. **δωροδοκία**^{vi}
3. **απάτη**^{vii}
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**^{viii}
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**^{ix}
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**^x.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
<p>Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου^{xi} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....]xii</p>



21PROC008607430 2021-05-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ^{xiii} , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{xiv}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνκν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ:
ΤΗΛ: 213 2058.....
E-mail:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αρ. Πρωτ.:
Ημερομηνία:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. 11/2021

Στο Μαρούσι σήμερα την του έτους, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΗΛΙΑ ΔΑΛΛΑΪΝΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και

2) η εταιρεία «.....», που εδρεύει στην, τηλ:, E-mail:, ΑΦΜ:, Δ.Ο.Υ.:, ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «προμηθευτής», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την υπ' αριθ..... Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ ΚΑΙ ΜΕΘ**, CPV: 09100000-0» όπως αναφέρεται στην από προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθ. **11/2021** διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, αντί του ποσού των**€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**. Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		€

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή :

- Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007)
- Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%

Η προμήθεια των ειδών θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:/...../.....

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:/...../.....

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/06 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον δικαιούχο σε ευρώ μετά τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

Ο προμηθευτής υπέβαλε την υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ποσού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ



- i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
- ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
- vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **v. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο v. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
- vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το v. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
- viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το v. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".
- x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το v. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".
- xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)
- xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- xiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
- xiv Πρβλ και άρθρο 1 v. 4250/2014
- xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.