



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου
ΤΗΛ: 2132058558
FAX: 2132058614

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 26572
ΗΜΕΡΟΜ: 29/11/2016

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1) Απόφασης της ΕΠΥ και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα των προϊόντων ενδιαφέροντός τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm>), ήτοι από την Τετάρτη 30/11/2016 έως και τη Τετάρτη 19/12/2016.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να γίνει στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).

Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Τμήμα Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών που θα οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

DEPUTY FINANCE DEPARTMENT
SUPPLIES DEPARTMENT
INFORMATION: A. Ntasiou
TEL: 213 2058558
FAX: 213 2058614

Protocol Number: 26572
DATE: 29/11/2016

**INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A
PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM AND REQUIRED EQUIPMENT**

The "GENERAL HOSPITAL OF ATTICA SISMANOGLIO- AMALIA FLEMING" and
The PAIDON PENTELIS GENERAL HOSPITAL

According the decision No 65/17-7-2015/21-7-2015 of the Health Procurement Commission and in view of drawing up technical specifications for "PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM AND REQUIRED EQUIPMENT", invites interested suppliers to submit technical specifications and standards for the products of their interest, to the Hospital Supplies Department strictly within twenty (20) days, starting from the next day this invitation will appear on the hospital's website (<http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm>), i.e. Wednesday 30th November 2016 to Wednesday 19th December 2016.

Technical specifications can be submitted either in Greek and/or in English. Technical specifications should be submitted in paper and in digital form (cd, dvd, usb memory stick).

All submissions will be delivered to the Appointed Specifications Committee.

The final draft of the Specifications Committee will be open to public consultation.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ



Το αιτούμενο σύστημα να περιλαμβάνει:

1. Εξυπηρετητές (Servers) συστήματος PACS/RIS, τεμάχια δύο (2).
 2. Σταθμοί εργασίας- Workstation, τεμάχια έξι (6) με προοπτική μελλοντικά για περισσότερους.
 3. Εξοπλισμός γνωματεύσεων: Μικρόφωνα καταγραφής γνωμάτευσης USB: 2 Ακουστικά δακτυλογράφησης USB : 2.
 4. Αυτοματοποιημένο σύστημα εγγραφής εξετάσεων σε CD-DVD.
- Να υποστηρίζονται καταρχήν οι εξής τύποι μηχανημάτων: CT, MRI, DSA και να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικά για: DR, CR, MAMMO, U/S.
- Να υποστηρίζει το πρότυπο DICOM 3.0 για την μεταφορά και αποθήκευση της εικόνας.
-

The requested system shall consist of:

1. Two (2) PACS/RIS servers.
 2. Six (6) Workstations with expansion capability for adding more units in the future.
 3. Digital dictation equipment: Two (2) USB Report dictation microphones, Two (2) USB Transcription headsets.
 4. Automated study recording disc publisher CD-DVD system
- Supported modalities shall at least include: CT, MRI, DSA as well as future connectivity capability for: DR, CR, MAMMO, U/S.
- The system shall support DICOM 3.0 protocol for image transfer and storage.