



21DIAB000020491 2021-11-09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ: Γ. ΤΖΙΜΑ  
ΤΗΛ: 213-2058458  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [gtzima@sismanoglio.gr](mailto:gtzima@sismanoglio.gr)

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 24009  
ΗΜΕΡΟΜ: 2-11-21

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ**

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.» ανακοινώνει τη διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για «**ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ**».

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. <http://www.promitheus.gov.gr> στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις». Η παρούσα θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο- Αμ. Φλέμιγκ (<http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm>)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διαβούλευσης επισυνάπτονται σε μορφή pdf.. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. <http://www.promitheus.gov.gr>.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την αρμόδια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις των συμμετεχόντων και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ**

Συνημ. : Έγγραφο με αρ. πρ.23448/27-10-2021  
Φύλλα: 3

**Κοινοποίηση:** ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (με το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ**

**Μαρούσι : 27-10-2021  
Αριθμ. Πρωτ.: 23448**

**ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ**

<b>Προϋπολογισμός με ΦΠΑ</b>	20.000,00
<b>Μηχανήματα προς συντήρηση</b>	Κατατίθεται κατάλογος μηχανημάτων (επισυνάπτεται)
<b>Διάρκεια σύμβασης</b>	Ένα(1) έτος
<b>Προληπτική συντήρηση ανά μηχανήμα</b>	Τουλάχιστον (3) ετησίως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου(προγραμματισμένες)
<b>Επανορθωτική συντήρηση ανά μηχανήμα</b>	Απεριόριστες ύστερα από κλήση για αποκατάσταση βλαβών
<b>Χρόνος προσέλευσης για αποκατάσταση βλαβών</b>	αυθημερόν αν η κλήση γίνει μέχρι τις 12.00 (εργάσιμες ημέρες), την επομένη αν η κλήση γίνει μετά τις 12.00 (εργάσιμες ημέρες).
<b>Ανταλλακτικά συντήρησης</b>	Περιλαμβάνονται όπως μπαταρίες ,υγρά πλήρωσης κ.α
<b>Ανταλλακτικά προς αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων</b>	-περιλαμβάνονται απεριόριστα (τα παλαιά επέρχονται στην κυριότητα του συντηρητή)
<b>Ανταλλακτικά εκτός σύμβασης</b>	Ενσύρματα τηλεχειριστήρια
<b>Μέγιστος χρόνος εκτός λειτουργίας μηχανήματος</b>	α) Ανώτατος χρόνος ακινητοποίησης μηχανήματος 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά το έτος (σε υπέρβαση αυξάνεται ο χρόνος της σύμβαση αντιστοίχα με τις μέρες υπερέβασης εφόσον είναι υπαιτιότητα του συντηρητή). Σε περίπτωση επισκευής στην Εταιρεία θα εκτιμηθεί να δίνεται demo χειρουργικό τραπέζι μεχρι την επισκευή του τραπεζιού.



21DIAB0000020491 2021-11-09

<b>Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό</b>	1)Πελατολόγιο και Βεβαιώσεις (τουλάχιστον μια) καλής συνεργασίας της Εταιρείας για αντίστοιχα μηχανήματα.. 2)Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της Εταιρείας από τον Κατασκευαστικό οίκο . 3) Βεβαίωση της Εταιρείας- ότι εγγυάται την παροχή συντήρησης, επισκευών και γνήσιων ανταλλακτικών . 4)Πιστοποιητικά ISO 9001 , ISO 13485
---	--

**-Τα υπο σύμβαση μηχανήματα θα πρέπει να είναι λειτουργικά.**

**-Στη περίπτωση κατά την οποία κάποιο μηχάνημα αποσυρθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης αυτομάτως λήγει η σύμβαση συντήρησης (εφοσον η συμβαση είναι για ένα μηχάνημα).Αν η σύμβαση είναι για περισσότερα του ενός μηχανήματα μειώνεται τα κόστος σύμβασης αναλογικά με τον αριθμό των μηχανημάτων.**

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ : **20.000,00 με το ΦΠΑ**

## ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

### ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1<sup>η</sup> ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ FAMED SU-04.0 S/N 1004/00208  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TYPE BL-06.1 S/N 1004/00057

ΑΙΘΟΥΣΑ 2<sup>η</sup> ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ FAMED SU-04.0 S/N 1004/00209  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TYPE BL-06.1 S/N 1004/00060

ΑΙΘΟΥΣΑ 3<sup>η</sup> ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ FAMED SU-04.0 S/N 1004/00205  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TYPE BL-06.1 S/N 1004/00064

ΑΙΘΟΥΣΑ 4<sup>η</sup> ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ FAMED SU-04.0 S/N 1004/00210  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TYPE BL-06.1 S/N 1004/00063

ΑΙΘΟΥΣΑ 5<sup>η</sup> ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ FAMED SU-04.0 S/N 1004/00206  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TYPE BL-06.1 S/N 1004/00056

ΑΙΘΟΥΣΑ 6<sup>η</sup> ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ FAMED SU-04.0 S/N 1004/00207  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TYPE BL-06.1 S/N 1004/00058

ΑΙΘΟΥΣΑ 7<sup>η</sup> ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TYPE BL-06.1 S/N 1004/00062

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TYPE BL-06.1 S/N 1004/00059



21DIAB0000020491 2021-11-09

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ**

**ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΓΕΙΟ**

\_\_\_SCHAERER AXIS 300E S/N G00075N

**Ε.Ι. 1<sup>ου</sup> ΟΡΟΦΟΥ**

\_\_\_SCHAERER AXIS 300E S/N G00074N

**ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»**

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ FAMED