



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΛ: 2132058558
FAX: 2132058614

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12055ΟΡΘ
ΗΜΕΡΟΜ: 13/6/2017

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ**

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1) Απόφαση της ΕΠΥ, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm>) ήτοι **από την Παρασκευή 16/6/2017 έως και την Πέμπτη 22/6/2017**. Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithion@sismanoglio.gr

3. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Μετά την οριστικοποίηση τους, οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προκειμένου να προκηρυχθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Προμηθειών



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

- 1) ΓΑΖΑ ΛΕΥΚΗ ΑΠΛΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ
- 2) ΓΑΖΑ ΥΦΑΝΤΗ ΑΠΛΗ 10x10 12 PLY
- 3) ΓΑΖΑ ΥΦΑΝΤΗ ΑΠΛΗ 10x20 12 PLY
- 4) ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 4 PLY
- 5) ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ
- 6) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ 10x10 12PLY
- 7) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ 10x20 12 PLY
- 8) ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ 40x40 12 PLY
- 9) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ 5x5
- 10) ΓΑΖΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙ 8MMx8MM ΑΚΤ/ΚΗ ΤΟΛΥΠΙΑΚΙΑ
- 11) ΑΙΜΟΣΤΣΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ

1) ΓΑΖΑ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΛΗ

Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του EN 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ.λ.π.)

Συγκεκριμένα, οι γάζες να έχουν πλάτος 90 (+- 1%) εκ. και μήκος 100 (+-1%) μέτρων.

Θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (zig-zag) το ενός μέτρου η σε φύλλα με την μια διάσταση 90εκ. σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτου.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

2) ΓΑΖΑ ΥΦΑΝΤΗ ΑΠΛΗ 10x10 12 PLY

Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του EN 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ.λ.π.)

Να είναι στις διαστάσεις 10x10εκ και 12 ply. Να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέρχουν από τις γάζες.

3) ΓΑΖΑ ΥΦΑΝΤΗ ΑΠΛΗ 10x20 12 PLY

Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η γάζα πρέπει να πληρεί τους όρους του EN 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης. Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαιο κ.λ.π.)

Να είναι στις διαστάσεις 10x20εκ. και 12 ply να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέρχουν από τις γάζες.

4) ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Να είναι από μη υφαντό απορροφητικό υλικό, με μεγάλη αντοχή. Να είναι αποστειρωμένη και σε ατομική συσκευασία των 2 τεμαχίων. Να φέρει σχισμή στο μέσο τις γάζες έως στην μέση. Οι διαστάσεις 10x10εκ και 4 ply.

5) ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.)

Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληρεί τους όρους του EN 14079:2003.

Η γάζα επί μέτρου να είναι σιδερωμένη και να μη είναι λοξουφασμένη (η γωνιά σύγκλισης του συστήματος με την κρόκη να είναι 90 μοίρες).

6) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ 10x10 12PLY

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης



(σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.)

Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληρεί τους όρους του EN 14079:2003.

Η γάζα να είναι 10x10 και 12 ply, να πληρεί τα χαρακτηριστήρηκα για γάζα επι μέτρου.

7) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ 10X20 12 PLY

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.)

Η γάζα να είναι 10x20 και 12 ply, να πληρεί τα χαρακτηριστήρηκα για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 40% θειικού βαρίου ανά 30εκ ύφανσης

8) ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤ/ΚΗ 40X40 12 PLY

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.)

Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλώστη, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Να έχει διαστάσεις 40x40εκ. η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρους. Να φέρει κορδόνι ασφάλειας καλά ραμμένο.

9) ΓΑΖΑ ΑΚΤ/ΚΗ 5X5

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληρεί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.)

Η γάζα να είναι 5x5, να πληρεί τα χαρακτηριστήρηκα για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλώστη περιεκτικότητας 45% θειικού βαρίου.

10) ΓΑΖΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙ 8MMX8MM ΑΚΤ/ΚΗ ΤΟΛΥΠΙΑΚΙΑ

Να είναι από λευκή ακτινοσκοιερή γάζα και να έχει μέγεθος 8mmx8mm.

11) ΑΙΜΟΣΤΣΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ

Να είναι απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C.) υποαλλεργική, βιοσυμβατή, μη τοπική, να απορρόφα υγρά 5 έως 10 φορές του βάρους της γάζας και να παρέχει γρήγορη αιμόσταση καθώς και να απορροφάται πλήρως.

Η γάζα θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό CE πάνω στο οποίο να αναγράφεται ότι ανήκει στην κατηγορία III (class III). Να έχει αντιβακτηριδιακή δράση και να προσκομίζεται επίσημο φυλλάδιο του εργοστάσιου που να το επιβεβαιώνει. Οι διαστάσεις να είναι 10x20εκ.