

.26603/30/12/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ
ΤΗΛ: 2132058448
FAX: 2132058614

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 26603
ΗΜΕΡΟΜ: 30-12-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ <<ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ>>

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών «**ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ**».


Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. <http://www.promitheus.gov.gr> στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις». Η παρούσα θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο- Αμ. Φλέμιγκ (<http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm>)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διαβούλευσης επισυνάπτονται σε μορφή pdf.. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefisi@eprocurement.gov.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. <http://www.promitheus.gov.gr>.


Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την αρμόδια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις των συμμετεχόντων και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.



Κοινοποίηση:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟ: Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών

Ημερ. 27/10/20
Αρ. Πρωτ. 21668/29/10-20

Προς Γραφείο Προμηθειών

Μετά τη μελέτη των παρατηρήσεων των εταιρειών ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ σας υποβάλλουμε τις διαμορφωμένες μετά τις παρατηρήσεις προδιαγραφές των χειρουργικών εργαλείων.

Συγκεκριμένα:

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ:

1. Ο κωδικός που αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου η επωνυμία του εργοστασίου και η επωνυμία της προμηθευτριας εταιρείας ήδη ζητούνται στην προδιαγραφή 6. Σωστά προτείνεται να αναφέρεται η ποιότητα επάνω στο εργαλείο οπότε προστίθεται η προδιαγραφή να προσδιορίζεται από τη λέξη stainless
2. Προστίθεται στην προδιαγραφή 6 στην ένδειξη CE και Χρονολογία κατασκευής προστίθεται ή LOT No (ως ένδειξη χρονολογίας κατασκευής) αφού πράγματι διαπιστώνεται η χρονολογία από το LOT No του εργαλείου.
3. Να υπάρχει ειδική μήτρα επί των εργαλείων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κωδικοποίησης (data matrix)
4. Στην προδιαγραφή 7 προστίθεται ότι τα εργαλεία δεν θα αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικά ή ονομασίες συγκεκριμένων οίκων
5. Στην προδιαγραφή 14 αντικαθίσταται το κείμενο «με την προσφορά της τεχνικής» από το κείμενο «κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών»
6. Η τεχνική προδιαγραφή που προτείνεται να προστεθεί για την προσφορά των εργαλείων από έναν οικονομικό φορέα για το σύνολο του σετ δεν γίνεται δεκτή γιατί τα εργαλεία είναι για διαφορετικά σετ

Σχετικά με τα κουτιά αποστείρωσης

1. Οι περισσότερες παρατηρήσεις σας αναφέρονται στις προδιαγραφές μας. Γίνονται δεκτές και προστίθενται οι παρακάτω προδιαγραφές
2. Κατ' επιλογήν να προσφέρονται βάσεις σιλικόνης διαφόρων διαστάσεων για την προστασία των ευαίσθητων χειρουργικών εργαλείων
3. Να ισχύουν οι προδιαγραφές 4, 6, 7 και 10 των γενικών προδιαγραφών
4. Όσον αφορά τις διαστάσεις των κουτιών θα υπάρχει δυνατότητα απόκλισης $\pm 6\text{mm}$ για να επιτρέψει τη μεγαλύτερη συμμετοχή

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ :

Προστίθεται στις προδιαγραφές

1. Τεμαχιστής πυρήνα (Nucleus Cracker) Reverse Action, Cross Action με πεπλατυσμένα άκρα πεπλατυσμένα άκρα με 1,1X1,2mm άξονες γωνία 30°, μήκος άκρου 14,5mm για καλύτερο χειρισμό του πυρήνα ολικού 114 mm. TEM. 3
2. Στο είδος 7 προστίθεται η απόκλιση του ψαλιδιού για δυνατότητα ευρείας συμμετοχής
3. Λαβίδα καυσολόρηξης τύπου utrata για τομές από 2 mm και άνω, με κυρτά αιχμηρά άκρα και σήμανση βάθους σε κάθε άκρο στα 2,5 mm και 5,0 mm, ολικό μήκος 115 mm από τιτάνιο TEM. 3

Επισυνάπτονται οι τροποποιημένες προδιαγραφές

Η Επιτροπή

1. Βαρκαράκης Ιωάννης, ως Πρόεδρος
2. Παπαβασιλείου Βασίλειος ως Μέλος
3. Τσιμποκιδή Όλγα ως Μέλος
4. Δρίτσας Γεώργιος ως Μέλος
5. Κουτίνου Ελένη ως Μέλος

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΚΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΓΚ
Α.Μ. 66848 - ΑΜΚΑ: 20056201872

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΜΚΑ: 28036801596 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 80137