



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΛ: 2132058558
FAX: 2132058614

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12567/13-6-2017
ΗΜΕΡΟΜ: 9/6/2017

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»**

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1) Απόφαση της ΕΠΥ, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «**ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm>) ήτοι **από την Τρίτη 20/6/2017 έως και τη Δευτέρα 26/6/2017**. Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithion@sismanoglio.gr

3. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Μετά την οριστικοποίησή τους, οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προκειμένου να προκηρυχθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Προμηθειών



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

- Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Στη συσκευασία τους να αναγράφεται:

Μιας χρήσης, sterile, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, τρόπος αποστείρωσης, εργοστάσιο παραγωγής αριθμός παρτίδας, να διαθέτουν *ce mark*, εργοστασιακό κωδικό και περιγραφή του είδους

- Να διατεθούν δείγματα σε όλα τα είδη

Συγκεκριμένα:

1) Πεδία 2- στρωμάτων

-Να αποτελούνται από μαλακό υλικό **NON WOVEN** και από πλαστικό φιλμ απόλυτης αδιαπερατότητας στα υγρά

- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση .

- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.

- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και κατά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση

- Να φέρει σήμανση CE.

- Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.

- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της.

- Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα.

- Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος.

Απαραίτητες διαστάσεις:

100 X 150

2) Δύο στρωμάτων με οπή:

-Να αποτελούνται από μαλακό υλικό **NON WOVEN**

- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση .

- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.

- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και κατά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση.

- Να φέρει σήμανση CE.

- Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.

- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της.



- Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα.
- Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος
- Να διαθέτουν οπή 6- 10 cm με και χωρίς αυτοκόλλητο γύρω από την οπή.

Απαραίτητες διαστάσεις:

50 X 75

75 X 90

120X150

3) Τριών στρωμάτων

- Να αποτελούνται από μαλακό υλικό NON WOVEN με υψηλή απορροφητικότητα.
- Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται τόσο σε υγρή όσο και σε στεγνή κατάσταση.
- Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια κατά την τοποθέτηση όπως και μετά την αφαίρεση αυτών μετά τη χρήση.
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων.
- Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος και η λήξη της.
- Να έχουν αδιαβροχοποίηση πλήρη και να παρέχουν αδιαπερατότητα στα υγρά και υψηλή απορροφητικότητα.
- Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος

- Απαραίτητες διαστάσεις:

100 X 150

150X180

4) Πακέτο ιματισμού διουρηθρικών επεμβάσεων

Να αποτελείται από:

- 1 κάλυμα τραπεζιού 150X190cm περίπου.
- 2 χειροπετσέτες
- 1 αυτοκόλλητη ταινία
- Κάλυμα για διουρηθρικές επεμβάσεις 2 στρωμάτων διαστάσεων 175X260X210cm περίπου η μεγαλύτερης διάστασης που να έχει ενσωματωμένα ποδονάρια, σάκκο συλλογής υγρών με κάνουλα εξαγωγής μεγάλης διαμέτρου και εσωτερική σίτα συγράτησης σωματιδίων για βιοψία.
- Να φέρει αυτοκόλλητη οπή 8cm περίπου στην κοιλιακή χώρα και οπή 5cm περίπου στην περιναϊκή χώρα.



- Να έχει ενσωματωμένη δακτυλική οπή.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

5) Σετ γενικής χειρουργικής

- Να αποτελείται από ένα κάλυμμα τραπεζιού 150X190cm περίπου.
- 4 χειροπετσέτες
- 1 κάλυμμα MAYO
- 1 αυτοκόλλητη ταινία 9X50cm περίπου
- 2 αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία 75X90cm περίπου τα οποία στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένα για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.
- 1 αυτοκόλλητο χειρουργικό πεδίο 175X180cm περίπου το οποίο στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.
- 1 αυτοκόλλητο 150X250cm περίπου, το οποίο στην πλευρά του αυτοκόλλητου να είναι υπερενισχυμένο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

6) Πακέτο Λαπαροτομίας με Οθόνιο

(αποστειρωμένο σεντόνι Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής)

- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό NON WOVEN άριστης ποιότητας.
- Το χειρουργικό πεδίο λαπαροτομίας να είναι 2 στρωμάτων, σχήματος T με διαστάσεις 260/200X330/300cm με οπή διαστάσεων 26X30cm περίπου.
- Να περιέχει 1 κάλυμμα MAYO 80X145cm.
- Να περιέχει 1 κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού 150X190cm.
- Να περιέχει 2 πετσέτες χεριών.
- Να φέρει ενσωματωμένα στηρίγματα για την συγκράτηση σωλήνων και καλωδίων.
- Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια.
- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης του προϊόντος στη συσκευασία.
- Να φέρει σήμανση CE.

7) Πακέτο για αγγειογραφίες.

Σετ αγγειογραφίας αγγειοπλαστικής, που περιλαμβάνει:

- Κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού δύο στρωμάτων, 150 x 200 cm, αδιάβροχο-απορροφητικό, ενισχυμένο, non woven.



- Σεντόνι αγγειογραφίας αποστειρωμένο μίας χρήσης non woven, τριών στρωμάτων (απορροφητικό-αδιάβροχο-απορροφητικό), ιδιαίτερα ενισχυμένο σε όλο του το μήκος, με δύο διαφανή πεδία εκατέρωθεν για να καλύπτουν τα χειριστήρια του ακτινολογικού μηχανήματος, με τέσσερις οπές 6X8cm(περίπου) για την προσπέλαση δεξιά ή και αριστερά, βραχιόνειας-κερκιδικής και μηριαίας αρτηρίας, οι οποίες να είναι καλυμμένες με χαρτί το οποίο όταν αποσυρθεί να επιτρέπει στο άνοιγμα να κολλήσει στην χειρουργική περιοχή, μεγέθους 200X300cm ή και μεγαλύτερο. Το υλικό κατασκευής να μην ερεθίζει το δέρμα του ασθενή και να μην προκαλεί την εφίδρωση του.
- Δυο μπλούζες χειρουργείου XL ενισχυμένες στα μανίκια και το θώρακα.
- Τέσσερις χειροπετσέτες 40 x 40cm.
- Κάλυμμα πετάσματος οροφής ακτινοπροστασίας 80 x 110cm τύπου σακούλας με λάστιχο. Κάλυμμα ενισχυτή εικόνας πλαστικό, ακτινοπερατό, 80x80cm με λάστιχο.
- Κάλυμμα λυχνίας πλαστικό, ακτινοπερατό, 120x120cm με λάστιχο.
- Ένα λεκανίδιο πλαστικό 100ml,
- Ένα λεκανίδιο πλαστικό 250ml, Ένα λεκανίδιο πλαστικό 500ml.
- Ένα λεκανίδιο πλαστικό 4000ml.
- Μία λαβίδα καθαρισμού.v
- Σαράντα (40) γάζες διαστάσεων 10 x 20cm απλές 12ply, δεκαεπτά κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστό.
- Δυο σύριγγες 20ml luerlock .
- Δυο σύριγγες 10ml luerlock.
- Δυο σύριγγες 20ml με ρύγχος.
- Δυο σύριγγες 10ml με ρύγχος. (όλες οι σύριγγες πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ιδιαίτερα στυλβωμένης εσωτερικής επιφάνειας ώστε να μην συγκρατούν μόρια αέρα, από ισχυρό πλαστικό για ταχεία και ασφαλή έγχυση σκιαγραφικού μέσου).
- Μια βελόνη 18G.
- Μια βελόνη 21G.
- Νυστέρι No 11.
- Βελόνη παρακέντησης 18 G ατραυματική, χωρίς στυλεό, μήκους τουλάχιστον 7cm, με πλαστική κεφαλή, λεπτού τοιχώματος, η οποία καταλήγει σε πλάγια τομή και έχει την ιδιότητα να μην παγιδεύει το σύρμα, αυλού ικανού να δέχεται συρμάτινους οδηγούς αγγειογραφίας 0,035''.
- Να είναι διπλωμένο έτσι ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του. Όλα τα υλικά που περιέχονται να μην αφήνουν αιωρούμενα μικροσωματίδια.
- Να φέρει CE mark
- Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής.

8) Πακέτο θηματοδότη

Το πακέτο θηματοδότη να περιλαμβάνει:

- 1 κάλυμμα 190X320cm περίπου, 3στρωμάτων, με αυτοκόλλητες οπές και 2 διαφανή παράθυρα (αριστερά και δεξιά).
- 2 μπλούζες χειρουργικές αποστειρωμένες υπερενισχυμένες σε όλο το εμπρόσθιο μέρος και στα μανίκια.
- Να περιέχονται σε κάθε μπλούζα 2 ενισχυμένες πετσέτες.
- Να είναι υγροαπωθητική.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό.

9) Πεδία Χειρουργικά (σάκοι) MAYO



- Κάλυμμα σάκου ΜΑΥΟ διαστάσεων 80 X140 cm περίπου.
- Από μη υφασμένο υλικό non woven και P.E.
- Να έχει συμπεριφορά υφάσματος
- Να φέρει αδιάβροχη επίστρωση η άνω επιφάνεια.
- Να είναι διπλωμένο ώστε να διευκολύνει την άσηπτη γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του.
- Να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια.
- Να φέρει ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
- Να φέρει σήμανση CE.

10) Κάλυμμα Μικροσκοπίων.

Κάλυμμα μικροσκοπίου αποστειρωμένο μιας χρήσεως, να διατίθεται σε διπλή συσκευασία, να είναι από αντιστατικό υλικό υψηλής αντοχής, να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο με βάση το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του μικροσκοπίου (Karl Kaps D-35614 Aslar) διαστάσεις περίπου 105X265εκ. , να διατίθεται με ειδικό φακό υψηλής ευκρίνειας, κυρτού σχήματος.

11) Κάλυμμα Ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-arm

Κάλυμμα ακτινοσκοπικού μηχανήματος κατασκευασμένο από διαφανές αντιστατικό υλικό υψηλής αντοχής, να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο με βάση το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου (GMM.MTH-R) ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Το κάλυμμα να είναι ενιαίο, πλήρους κάλυψης με διαστάσεις 152X267εκ.

- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης
- Να είναι ακτινοδιαπερατά.
- Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.
- Να φέρει σήμανση CE.

12) Ουρολογικά ποδονάρια

- Να έχουν διάσταση 55X110 ή 75X120
- Να διατίθεται σε ζεύγη.
- Να είναι σχιστά από τις δύο πλευρές και κολλημένα στις άλλες δύο δηλ. να είναι σε σχήμα Γ.

13) Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία τεμνόμενα

- Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ.
- Η αυτοκόλλητη πλευρά να επιστρώνεται σωστά χωρίς να εγκλωβίζει αέρα και χωρίς να αποκολλάται στα χείλη της τομής.
- Να έχουν εύχρηστη ατομική συσκευασία.



- Να μη δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις.
- Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης.
- Να είναι ακτινοδιαπερατά.
- Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.
- Να φέρουν CE.
- Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις:

Συνολικής επιφάνειας 15X20 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 10X20 περίπου

Συνολικής επιφάνειας 60X35 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 35X35 περίπου

Συνολικής επιφάνειας 90X45 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 60X45 περίπου

Συνολικής επιφάνειας 90X85 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 60X85 περίπου

14) Αυτοκόλλητα χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αντιμικροβιακά

- Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ.
 - Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία.
 - Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
 - Να είναι σε ατομική συσκευασία αλουμινίου για την προστασία της ιωδοφόρου ουσίας για να προστατεύουν από ευρύ φάσμα βακτηριδίων
 - Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης.
 - Να είναι ακτινοδιαπερατά.
 - Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά και να είναι αντιστατικά
 - Να μην περιέχουν LATEX
 - Να φέρουν CE.
 - Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις:
- Συνολικής επιφάνειας 90X45 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 60X45 περίπου
- Συνολικής επιφάνειας 90X85 και αυτοκόλλητης επιφάνειας 60X85 περίπου

15) Αποστειρωμένα καλύμματα διαφόρων χρήσεων και εφαρμογών

- Σακούλα πλαστική με κορδόνι από ενισχυμένο διαφανές πλαστικό, διαστάσεων:
- 65X60εκ.
- 80X110εκ.
- 120X140εκ.

16) Σακούλες φύλαξης αποστειρωμένων εργαλείων

- Ειδική, ανθεκτική σακούλα, από ενισχυμένο διαφανές και αντιστατικό πλαστικό, με αυτοκόλλητη ταινία πολύ ισχυρή για χρήση προστασίας από τη σκόνη. Να εξασφαλίζει την διατήρηση της αποστείρωσης για 5



έτη. Με μικρο- πόρους που να μην επιτρέπουν την είσοδο μικροβίων. Προς διευκόλυνση του ανοίγματος της σακούλας, να διαθέτει στο κάτω μέρος μια διακεκομμένη γραμμή που να μην επηρεάζει τα περιεχόμενα.

Διαστάσεων:

300X550mm

400X550mm

500X550mm

840X650mm.

17) Θήκες ενδοσκοπίων

Η κάθε μία σακούλα να έχει διπλή αποστείρωση και να βρίσκεται σε διπλό προστατευτικό χαρτί.

Να έχει τη δυνατότητα επανακύκλωσης.

Να έχει περίπου διάμετρο 100mm-130mm και μήκος 2200mm-2500mm

Το τελικό άκρο να είναι κωνικό και να έχει ενσωματωμένες δύο (2) αυτοκόλλητες ταινίες για ασφαλή περίδεση.

Να μην περιέχουν LATEX

18) Σετ προστασίας από λοιμώδη νοσήματα (AIDS)

Να περιλαμβάνει:

- Βιολογική διόπτρα προστασίας από τα σταγονίδια.
- Προσωπίδα υψηλής προστασίας.
- Χειρόκτιο ζεύγος νιτριλίου προστασίας από βιολογικού παράγοντες.
- Ειδική ποδιά ενισχυμένη στις ραφές μιας χρήσεως.
- Να έχουν εύχρηστη ατομική συσκευασία.
- Να μην δημιουργούν αλλεργικές αντιδράσεις.
- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης.
- Να φέρουν σήμανση CE.

19) Σετ κάλυμμα κεφαλής υπερήχου 12X244 CM αποστειρωμένο με αυτοκόλλητες ταινίες και ζελέ, ιμάντες συγκράτησης.

20) Σεντόνι αγγειογραφίας αποστειρωμένο μίας χρήσης non woven, τριών στρωμάτων (απορροφητικό-αδιάβροχο-απορροφητικό) ,ιδιαίτερα ενισχυμένο σε όλο του το μήκος, με δύο διαφανή πεδία εκατέρωθεν για να καλύπτουν τα χειριστήρια του ακτινολογικού μηχανήματος, με τέσσερις οπές 6X8cm(περίπου) για την προσπέλαση δεξιά ή και αριστερά, βραχιόνειας-κερκιδικής και μηριαίας αρτηρίας, οι οποίες να είναι καλυμμένες με χαρτί το οποίο όταν αποσυρθεί να επιτρέπει στο άνοιγμα να κολλήσει στην χειρουργική



περιοχή , μεγέθους 200X300cm ή και μεγαλύτερο. Το υλικό κατασκευής να μην ερεθίζει το δέρμα του ασθενή και να μην προκαλεί την εφίδρωση του.

21) ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ από διάφανο πλαστικό στρογγυλό 80cm με λάστιχο

22) ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ/Χ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 15X249

Να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής.

Διάστασης 15εκ.Χ249εκ.

Αναδίπλωση σε δακτύλιο

Να φέρει προδιάτρυτο άνοιγμα εξόδου

Να φέρει αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης της οπτικής

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσεως.

23) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Σπογγίδια αποστειρωμένα, με πλαστική λαβή

Σε κουτιά των 25 φακελ. Χ 10τεμ 250 τεμαχίων

24) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 220X320CM

Χαρακτηριστικά καλύμματος

Από ύφασμα 3 στρωμάτων

Στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων

Ενσωματωμένος σάκος περισυλλογής υγρών

Ελαστική οπή 6 εκ.

Έλασμα μορφοποίησης σάκου

Βαλβίδα παροχέτευσης υγρών

Αντιμικροβιακή ενίσχυση περιμετρικά του χειρουργικού πεδίου

Να είναι διαστάσεων 220X 320 εκ

Η εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτο τεχνική.

Να μην περιέχει Latex

25) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

Να είναι διαστάσεων 224εκ.Χ330 εκ.

Να είναι από αντιστατικό μαλακό πολυαιθυλένιο

Να φέρει ενσωματωμένο τεμνόμενο οδόνιο 42εκ.Χ32εκ.

Να φέρει σάκκο περισυλλογής υγρών με φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης

Να διαθέτουν θήκες τοποθέτησης εργαλείων και στηρίγματα καλωδίων με Velcro.



Με δυνατότητα στήριξης σε στατώ

Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στα ελληνικά και εικονογράφημα.

Η εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτο τεχνική

Να μην περιέχει Latex

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία